


SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO  
"Bianchi Melacrino Morelli"  
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Commissione per la valutazione delle richieste  
Di prodotti esclusivi e beni infungibili

Prot. N. 62 del 13/3/2018

#### AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO

Indagine conoscitiva di mercato per **ACQUISTO accessori dedicati all'utilizzo dei trapani ANSPACH MOD. EMAX2PLUS per UOC di Neurochirurgia .**

Questa Azienda intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per accertare l'esistenza sul mercato di ditte fornitrici che commercializzano gli stessi prodotti o beni simili a quelli sotto indicati aventi le stesse caratteristiche tecniche o caratteristiche simili in grado di assicurare con successo la medesima funzionalità d'uso;

**ACQUISTO accessori dedicati all'utilizzo dei trapani ANSPACH MOD. EMAX2PLUS con i seguenti codici :**

**COD. EGIA -FRUSTA MOTORE**

**COD. EMAX2PLUS -FRUSTA MOTORE**

**COD. CRANI-A -CRANIOTOMO ADULTI STANDARD**

**COD. CRANI-A-GI -CRANIOTOMO ADULTI STANDARD**

**COD. CSR60 -RIDUTTORE DI GIRI PER PERFORATORE**

**COD. CSR60-GI -RIDUTTORE DI GIRI PER PERFORATORE**

**COD. SHORT -ATTACCO PICCOLO DRITTO**

**COD. SHORT-GI -ATTACCO PICCOLO DRITTO**

**COD. QD8 -ATTACCO ANGOLATO CORTO**

**COD. QD8-GI -ATTACCO ANGOLATO CORTO**

**COD. MA-D20 -ATTACCO PER ACCESSI MININVASIVI**

**COD. MA-D20-GI -ATTACCO PER ACCESSI MININVASIVI**

**COD. MA-ISST -PUNTALE RETTO ACCESSI MININVASIVI.**

■ **ALLEGATO N.1**

Gli operatori economici per il solo fatto dell'interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'acquisto del bene.

**Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato:**

L'operatore economico che intende rispondere alla presente indagine conoscitiva di mercato dovrà trasmettere la scheda tecnica in cui descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche del prodotto sopraindicato.

**Modalità e termini per l'invio della proposta:**

I soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta di dichiarazione d'interesse e le schede tecniche entro il 29/3/2018 via pec al seguente indirizzo: [protocollo@pec.ospedalerc.it](mailto:protocollo@pec.ospedalerc.it) con oggetto: **ACQUISTO accessori dedicati all'utilizzo dei trapani ANSPACH MOD. EMAX2PLUS per UOC di Neurochirurgia.**

**N.B.**

Qualora l'operatore economico partecipante alla manifestazione di interesse si trovasse nella condizione di essere distributore esclusivista del prodotto in oggetto, dovrà allegare all'indagine di mercato dichiarazione della casa madre che conformi l'unità a distribuire il prodotto (autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000)

La Coordinatrice della Commissione  
D.ssa Maria Altomonte

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 CAP 89128 Reggio Calabria | tel. +39 0965 397111 fax +39 0965 \_\_\_\_\_  
email: \_\_\_\_\_@ospedalerc.it - pec: [protocollo@pec.ospedalerc.it](mailto:protocollo@pec.ospedalerc.it) - web: [www.ospedalerc.it](http://www.ospedalerc.it)  
P.IVA: 01367190806



## Scheda tecnica: Trapano elettrico eMax 2 Plus

Destinazione d'uso	Neurochirurgia, Spinale, Otorinolaringoiatria		
Nome del prodotto	Trapano elettrico eMax 2 Plus		
Fabbricante	The Anspach Effort, Inc. 4500 Riverside Drive Palm Beach Gardens, FL 33410 USA		
Caratteristiche di sistema	Modulare		
Manipolo	EMAX2PLUS		
Potenza [W]	74		
Torque [mNm] @ RPM	11.3 @ 60,000		
Dimensioni del manipolo [lunghezza x diametro]	127 mm x 19 mm		
Peso del manipolo [g]	104		
Peso del tubo del manipolo [g]	590		
Controllo a pedale	E-FP, E-FP-DIR, o E-FP-DIR/IRR		
Peso del controllo a pedale [kg]	2 kg		
Dimensioni del controllo a pedale [mm]	266 mm x 215 mm x 165 mm		
Consolle di controllo del motore elettrico	SC2100	SC2101	SC2102
Peso della consolle [kg]	6.25.kg	6.25 kg	5.0 kg
Irrigazione	Si	Si	No
Voltura della consolle	100 VAC-240 VAC, 50/60 Hz		
Dimensioni della consolle [mm]	304 mm x 344 mm x 137 mm		
Livello sonoro [dB (A)] del manipolo	≤ 75		
Materiali	Alluminio, Acciaio inossidabile, Gomma, Plastica		
Marchio CE	I prodotti Anspach hanno ottenuto il Marchio CE come dispositivi medici in ottemperanza alla Direttiva CEE 93/42 – recepita dal D.Lgs. 46/97 e succ. mod.		
Ente notificato	BSI Nr.0086		

*Note: Le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi.*

CODMAN NEURO